

Члан 22.

Завод, односно одјељења у оквиру метролошког (управног) надзора могу да изврше контролни преглед мјерила у промету или у употреби, иако мјерило има прописани жиг и/или увјерење о верификацији мјерила.

Контролни преглед мјерила у оквиру управног надзора над мјерилом обавља се без писменог захтјева имаоца или корисника мјерила.

Члан 23.

Ималац, односно корисник мјерила дужан је раднику Завода, односно одјељења пружити сваку неопходну помоћ при обављању контролног прегледа мјерила.

Контролни преглед мјерила врши се да би се утврдило:

- 1) да су жиг и/или увјерење о верификацији мјерила важећи,
- 2) да ниједан заштитни жиг није оштећен,
- 3) да након верификације мјерило није претрпјело никакве измјене,
- 4) да грешка мјерила не прелази прописане границе дозвољене грешке.

Контролном прегледу подлијежу само верификована мјерила.

Члан 24.

Уколико се приликом прве или периодичне верификације прегледом мјерила утврди да мјерило не задовољава прописане метролошке захтјеве, Завод, односно одјељење ће закључком одбити да изврши верификацију мјерила и наложити подносиоцу захтјева да мјерило доведе у исправно стање и поново поднесе захтјев за верификацију. Оваква мјерила се не смију жигосати, осим жигом за поништавање жигова.

Ако се приликом ванредне верификације мјерила утврди да оно не испуњава прописане метролошке захтјеве, Завод, односно одјељење ће издати рјешење о одбијању верификације мјерила и жигом за поништавање жигова поништити претходни верификациони жиг.

Ако се приликом контролног прегледа мјерила утврди да оно не испуњава прописане метролошке захтјеве, Завод, односно одјељење ће издати Рјешење о привременој забрани употребе мјерила и дати рок од 15 дана за отклањање утврђене неусаглашености, а жигом за поништавање жигова поништити претходни верификациони жиг.

За мјерила за која се прегледом у циљу верификације утврди да се не могу довести у исправно стање и за мјерила за која је истекао рок из претходног става, Завод ће донијети рјешење о трајној забрани употребе таквих мјерила и тако га и означити.

Облик и садржај закључка и рјешења из ст. 1. и 2. овог члана дат је у прилогу 5 Правилника из члана 20., а облик и садржај рјешења из ст. 3. и 4. овог правилника дати су у прилогу Упутства о вршењу управног надзора, обрасци бр. 253/02 и 254/02.

Члан 25.

Ако се при прегледу мјерила за које је издато одобрење типа утврди да су извршене измјене на типу мјерила тј. да су у мјерило уграђени склопови који нису били обухваћени испитивањем типа мјерила, одбиће се преглед мјерила и утврђене чињенице записнички констатовати.

Подносилац захтјева прије поновног прегледа мјерила мора затражити сагласност за те измјене или обезбједити допунско одобрење типа мјерила.

Члан 26.

За верификацију (овјеравање) докумената које издају Завод и његова одјељења користи се печат Завода, који се израђује у складу са Законом о печатима.

Завод, односно одјељења ће водити регистар мјерила законске метрологије на подручју Републике Српске са становишта њихове верификације, независно о врсти и статусу верификације.

Члан 27.

Мјерила која су једном жигосана примаће се на преглед док испуњавају прописане метролошке услове или док се њихово стављање у промет и употреба не забране рјешењем о трајној забрани, односно док се не укине рјешење о одобрењу типа мјерила због утврђене непогодности за даљу употребу.

Члан 28.

Мјерила за која је издато рјешење о одобрењу типа до 31. марта 2000. године од стране Савезног завода за мјере и драгоцјене метале, а у којима је одређен рок важења рјешења, могу се подносити на први преглед док важи то рјешење.

Након истека рока важности тог рјешења, на захтјев произвођача, увозника или заступника стране фирме, одобрење типа мора бити обновљено од стране надлежне институције.

Верификације мјерила обављене прије ступања на снагу овог упутства остају на снази до истека рока важења.

Члан 29.

Ступањем на снагу овог упутства, престаје да важи Упутство о начину прегледа мјерила од стране Републичког завода за стандардизацију, патенте, мјере и драгоцјене метале, односно његових подручних организационих јединица ("Службени гласник Републике Српске", број 8/01).

Члан 30.

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 00/39-446/04
10. децембра 2004. године
Бања Лука

Директор,
Мр Петар Милашиновић, с.р.

На основу члана 19. став 2. и члана 1. Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02) и члана 28. став 4. Закона о метрологији БиХ ("Службени гласник Републике Српске", број 40/00), а у вези са чланом 108. Закона о административној служби у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 16/02), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију доноси

УПУТСТВО

**О ПОСТУПАЊУ УВОЗНИКА И ИЗДАВАЊУ ПОТВРДЕ
О ИСПУЊАВАЊУ МЕТРОЛОШКИХ ЗАХТЈЕВА ЗА
МЈЕРИЛА КОЈА СЕ УВОЗЕ ИЛИ ПРОДАЈУ СА
КОНСИГНАЦИОНОГ СКЛАДИШТА**

Члан 1.

Упутством о поступању увозника и издавању потврде о испуњавању метролошких захтјева за мјерила која се увозе или продају са консигнационог складишта (у даљем тексту: Упутство) прописују се поступци и обавезе увозника мјерила, услови и начин на који Републички завод за стандардизацију и метрологију (у даљем тексту: Завод Републике Српске) издаје потврде о испуњавању метролошких и других захтјева утврђених законом и другим важећим прописима и вођење евиденције о мјерилима која се увозе или продају са консигнационог складишта у Републици Српској.

Члан 2.

Завод Републике Српске води евиденцију о свим мјерилима која се увозе или продају са консигнационог складишта у Републици Српској.

Под мјерилом, у смислу овог упутства, подразумијевају се сви уређаји за које је законом и/или подзаконским актом прописано да имају статус мјерила, независно од области у којој се користе или намјеравају (планирају) користити.

Члан 3.

Намјена мјерила може бити коришћење мјерила у области:

- 1) заштите здравља људи и животиња;
- 2) заштите околине и техничке безбједности;
- 3) промета добара и услуга и заштите потрошача;
- 4) поступка пред управним и правосудним органима;
- 5) коришћење као еталона за верификацију мјерила;
- 6) производног или другог пословног процеса правног или физичког лица;
- 7) научног истраживања и образовно-васпитног процеса;
- 8) личне употребе (физичка лица), и
- 9) даља продаја или извоз.

Ако намјена мјерила није обухваћена претходно наведеним областима коришћења, подносилац захтјева, односно давалац изјаве, писмено наводи кратак опис намјене мјерила.

Члан 4.

Мјерила која се користе у областима за које је законом прописан метролошки надзор државе спадају у мјерила законске метрологије. То су мјерила која се користе или се намјеравају (планирају) користити у областима наведеним у т. 1, 2, 3. и 4. из члана 3. овог упутства. Ова мјерила директно спадају у мјерила законске метрологије.

Међутим, и мјерила из т. 5. и 6. става 1. члана 3. могу истовремено припадати (бити коришћена) и у областима из т. 1, 2, 3. или 4. става 1. члана 3. У том случају, и таква мјерила имају статус мјерила законске метрологије.

Члан 5.

Мјерила законске метрологије морају, приликом увоза у Републику Српску или продаје са консигнационог складишта у Републици Српској, имати потврду о испуњавању основних метролошких захтјева (у даљем тексту: потврда) издату од стране Завода Републике Српске.

За мјерила законске метрологије у различитим државама прописане су различите процедуре оцјенивања усаглашености, али у свим државама је успостављен посебан метролошки надзор државе над тим мјерилима.

Никаква исправа издата од било којег домаћег или страног субјекта, осим потврде о испуњавању метролошких захтјева издате од надлежне метролошке институције Федерације БиХ (у даљем тексту: Завод ФБиХ) приликом међуентитетског промета (промета између два субјекта чије је сједиште у различитим ентитетима Босне и Херцеговине), не може замијенити потврду из става 1. овог члана.

Члан 6.

Мјерила законске метрологије за која је издата потврда Завода Републике Српске сматрају се да су евидентирана у складу са чланом 2. овог упутства.

Завод Републике Српске води евиденцију издатих потврда, као и евиденцију потврда Завода ФБиХ, за мјерила која су пласирана на тржиште Републике Српске.

Завод Републике Српске води евиденцију мјерила на која се односе потврде из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 7.

Мјерила која се користе у областима за која није прописан метролошки надзор државе спадају у мјерила ван законске метрологије.

Сва мјерила из члана 3. овог упутства, осим мјерила законске метрологије из члана 4. овог упутства, имају статус мјерила ван законске метрологије.

За мјерила ван законске метрологије није потребна потврда из члана 6. овог упутства, али је, при увозу у Републику Српску, потребна писмена изјава увозника, односно заступника стране фирме који продаје мјерило са консигнационог складишта у Републици Српској да су та мјерила намијењена за коришћење ван законске метрологије.

Члан 8.

Увозник у Републику Српску или заступник стране фирме у Републици Српској, за мјерила ван законске метрологије, дужан је, прије пуштања у промет мјерила надлежном царинском органу, дати писмену изјаву из члана 7.

Изјава се даје, у принципу, посебно за сваки контингент увоза. Међутим, у зависности од структуре и обима контингента увоза, може се дати више изјава за један контингент.

Изјава се подноси царинском органу на прописаном образцу, и то у два оригинална примјерка. Образац изјаве је дат у прилогу број 1 Упутства и његов је саставни дио.

Члан 9.

У изјави се обавезно мора навести намјена мјерила, односно област планираног коришћења ван законске метрологије, према члану 3. овог упутства.

Изјава мора садржавати структуру по врстама, типу, намјени, произвођачу, купцу, односно кориснику (ако је познат) и број комада мјерила.

Изјава треба бити потпуна, јасна, те потписана и овјерена печатом субјекта који је даје.

Уз изјаву се може доставити и одговарајућа документација о мјерилима.

Царински орган и/или давалац изјаве могу у свако доба тражити мишљење Завода Републике Српске о намјени мјерила наведеној у изјави, као и другим питањима везаним за поштовање прописа.

Члан 10.

Царински орган дужан је, у року од седам дана, доставити Заводу, односно његовој територијално надлежној организационој јединици примјерак изјаве из члана 7. овог упутства.

Мјерила која се користе ван законске метрологије, а за која је достављена изјава из претходног става, евидентирају се у Заводу Републике Српске, према члану 2. овог упутства.

Евиденција о мјерилу обавезно садржи све релевантне податке из изјаве.

Ако се при метролошком надзору утврди да мјерила увезена на основу изјаве спадају и/или се користе у области законске метрологије, а да нису на прописан начин верификована, против имаоца таквих мјерила ће се предузети законом прописане мјере.

Члан 11.

Приликом међуентитетског промета мјерила ван законске метрологије из Федерације БиХ у Републику Српску, трговац је дужан дати изјаву купцу мјерила из Републике Српске.

Давање и поступање са изјавом из претходног става је идентично описаном у чл. 7, 8. и 9. овог упутства, а евидентирање мјерила за која је изјава дата је према члану 10.

Члан 12.

Ако царински орган посумња у истинитост било којег податка у изјави, он може одбити прихватање изјаве и затражити мишљење Завода по том питању, чији је став коначан и обавезујући за подносиоца изјаве.

Мјерила за која је царински орган прихватио изјаву, могу се увести, односно слободно ставити у промет у Републици Српској и давалац изјаве нема никаквих посебних обавеза у вези са оцјењивањем усаглашености тих мјерила.

На мјерила ван законске метрологије, као што су мјерила намијењена за коришћење у области:

- научних истраживања,
- образовног процеса,
- личне употребе,
- даље продаје и сл.,

давалац изјаве из члана 8. овог упутства мора на њих нанијети ознаку са натписом о њиховој намјени.

У зависности од намјене мјерила, натписи могу бити: "Мјерило за научна истраживања", "Мјерило за образовни процес", "Мјерило за личну употребу", "Мјерило за непознатог купца" и сл.

Члан 13.

Потврда из члана 5. издаје се само за мјерила законске метрологије. Потврда се издаје за сваки контингент увоза, и то посебно за сваку врсту, односно тип мјерила.

Мјерила законске метрологије за која је издата потврда, евидентирају се у Заводу Републике Српске, према члану 2. овог упутства. Евиденција садржи релевантне податке из потврде.

Члан 14.

Поступак за издавање потврде покреће се подношењем писменог захтјева Заводу Републике Српске од стране увозника мјерила или заступника стране фирме (у даљем тексту: подносилац захтјева).

Захтјев за издавање потврде подноси се на прописаном обрасцу непосредно или поштом, и то за сваку врсту, односно тип мјерила посебно.

Образац захтјева дат је у прилогу 2 овог упутства и његов је саставни дио.

Захтјев мора бити таксиран прописаном административном таксом.

У захтјеву за издавање потврде обавезно се мора навести намјена мјерила, односно област планираног коришћења према члану 3, односно 4. овог упутства.

Захтјев се може поднијети и унутрашњим територијалним организационим јединицама Завода Републике Српске.

Члан 15.

Подносилац захтјева, уз уредно попуњен и таксиран захтјев, дужан је приложити сљедећу документацију:

- 1) документ о увозу наведеног мјерила (фактура, про-фактура, царинска декларација и др.)
- 2) техничку документацију која дефинише метро-лошка својства и карактеристике мјерила и
- 3) страни сертификат о усаглашености или било који други документ о усаглашености наведеног мјерила (ако постоји).

Члан 16.

Ако се мјерилом за које се подноси захтјев, мјерна величина изражава мјерном јединицом која није прописана Законом о мјерним јединицама БиХ, уз захтјев за издавање потврде мора се приложити и доказ да је таква мјерна јединица предвиђена међународним споразумом који је прихватила (ратификовала) Босна и Херцеговина.

Члан 17.

Након пријема захтјева и потребне документације, Завод Републике Српске ће, најкасније у року од три дана, утврдити комплетност захтјева и потпуност доку-ментације.

Ако се приликом утврђивања комплетности захтјева утврди да захтјев није комплетан и/или потпун у смислу чл. 14. и 15. овог упутства, или да подаци подносиоца захтјева нису довољно јасни, Завод Републике Српске ће позвати подносиоца захтјева да, у року од седам дана, отклони утврђене нејасноће и друге недостатке.

Ако подносилац захтјева то не учини у прописаном року ни након писменог тражења Завода Републике Српске, Завод Републике Српске ће закључком обуставити поступак издавања потврде.

Члан 18.

Ако је захтјев потпун (комплетан и јасан), Завод Републике Српске ће приступити процесу основног оцјењивања усаглашености мјерила са законом и важећим метролошким прописима.

Ако приложена документација није довољна за оцјењивање усаглашености мјерила, Завод може захтијевати доставу узорка мјерила.

Рок за рјешавање захтјева је 15 дана од дана подношења захтјева, односно комплетирања доку-ментације.

Члан 19.

Основно утврђивање (оцјењивање) усаглашености мјерила са законом и важећим метролошким прописима обухвата:

- провјеру свих података у вези са мјерилом;
- оцјењивање усаглашености комплетне приложене документације;
- ако је потребно, увид у узорак мјерила и евентуално његово испитивање;
- издавање потврде или рјешења.

Члан 20.

Ако се при оцјењивању усаглашености утврди да мјерило задовољава прописане основне метролошке захтјеве, Завод Републике Српске ће издати потврду о испуњавању основних метролошких захтјева за то мјерило и такво мјерило се може увести, односно пустити у промет у Републици Српској.

Образац потврде дат је у прилогу 3 овог упутства и његов је саставни дио.

Члан 21.

Ако се при оцјењивању усаглашености мјерила, у смислу члана 9. овога упутства, утврди да мјерило не задовољава прописане основне метролошке захтјеве, Завод Републике Српске ће издати рјешење о одбијању издавања потврде. Такво мјерило није дозвољено увести, односно ставити у промет у Републици Српској.

Против рјешења о одбијању издавања потврде под-носилац захтјева има право жалбе надлежном ми-нистарству Републике Српске.

Члан 22.

Прије издавања потврде, односно рјешења о одбијању издавања потврде подносилац захтјева дужан је уплатити прописану надокнаду за трошкове рјешавања захтјева за издавање потврде, односно трошкове оцјењивања усаглашености из члана 18. овог упутства.

Члан 23.

Зависно од врсте, односно типа мјерила, Завод Републике Српске издаје једну од сљедећих врста потврда:

- потврда ОУ (оцјењивање усаглашености) - издаје се за мјерила која морају бити упуњена на прописану проце-дуру оцјењивања усаглашености, ради прибављања цер-тификата о усаглашености (испитивање типа је само један од начина оцјењивања усаглашености, а рјешење о одобрењу типа је само један од облика сертификата о усаглашености);

- потврда ПВ (прва верификација) - издаје се за мјерила која морају бити упућена на прву верификацију. То су мјерила за која је приликом ранијег пласмана у Републици Српској већ спроведена процедура оцјењивања усаглашености, укључујући ту евентуално и испитивање типа или су то мјерила за која се оцјењивање усаглашености спроводи процедуром прве верификација.

Члан 24.

Зависно од врсте, односно типа мјерила, за подносиоца захтјева, након прибављања одговарајуће потврде произилазе различите обавезе, и то за мјерила са:

1) Потврдом ОУ (оцјењивање усаглашености):

Обавеза подносиоца захтјева: подношење захтјева за оцјењивање усаглашености мјерила надлежној институцији и од ње прибављање одговарајућег сертификата о усаглашености.

То су мјерила за која је надлежна институција прописала обавезност оцјењивања усаглашености са прописаним метролошким и техничким захтјевима на начин различит од прве верификације, а мјерила не посједују сертификат о усаглашености, односно први пут се пласирају на подручје Републике Српске, односно БиХ.

Ова потврда се издаје на одређен број мјерила који се обавезно наводи у потврди и који може бити мањи од наведеног броја мјерила у захтјеву.

Након прибављања сертификата о усаглашености мјерила од надлежне институције, Завод Републике Српске издаје потврду ПВ за преостали број мјерила.

2) Потврдом ПВ (први преглед)

Обавеза подносиоца захтјева: подношење захтјева за прву верификацију мјерила територијално надлежној подручној организационој јединици Завода Републике Српске.

То су мјерила која већ посједују сертификат о усаглашености или су то мјерила за која је надлежна институција прописала обавезност оцјењивања усаглашености процедуром прве верификације.

Потврда се може издати на мањи број мјерила од наведеног у захтјеву, у зависности од расположивих података о налазима претходних резултата прве верификације тог типа, односно те врсте мјерила.

Члан 25.

Подносилац захтјева коме је издата потврда може, у случају погрешно уписаних података, захтијевати њихову исправку.

У случају из става 1. овог члана, Завод Републике Српске ће без надокнаде издати нову потврду, с наведеним измјенама, или ће овјерити исправку издате потврде, а ако установи да нема разлога за исправку, обавијестиће о томе подносиоца захтјева.

Члан 26.

Издата потврда, сходно закону, не може замијенити сертификат о усаглашености, односно Рјешење о одобрењу типа мјерила нити Увјерење о верификацији (исправности) мјерила.

Члан 27.

Рјешење о одбијању издавања потврде издаје се у сљедећим случајевима:

1) када мјерило не испуњава прописане основне метролошке захтјеве за ту врсту мјерила,

2) када се мјерило већ налазило о употреби (коришћено - половно мјерило),

3) кад мјерило мјери јединицом која није предвиђена Законом о мјерним јединицама БиХ, а уз захтјев није поднесен доказ да је таква јединица предвиђена међународним споразумом који је прихватила (ратификовала) Босна и Херцеговина,

4) када је за мјерило

- надлежна институција одбила издати сертификат о усаглашености наведеног типа, односно врсте мјерила (нпр. одбила издати рјешење о одобрењу типа) или је

- надлежна институција издала рјешење којим укида раније издати сертификат о усаглашености наведеног мјерила.

Мјерила за која је издато рјешење из става 1. овог члана не могу се увести у Републику Српску, односно БиХ.

Члан 28.

Ступањем на снагу овога упутства престаје да важи Упутство за издавање потврде о испуњавању метролошких захтјева за мјерила која се увозе или продају са констигнационог складишта ("Службени гласник Републике Српске", број 10/01).

Члан 29.

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 00/39-448/04

10. децембра 2004. године
Бања Лука

Директор,
Мр Петар Милашиновић, с.р.

Прилог 1

ИЗЈАВА

О НАМЈЕНИ КОРИШЋЕЊА ВАН ЗАКОНСКЕ МЕТРОЛОГИЈЕ МЈЕРИЛА КОЈА СЕ УВОЗЕ

ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ ИЗЈАВЕ:

1. Назив, сједиште, адреса и тел/факс подносиоца захтјева _____
2. Назив, сједиште и земља произвођача мјерила _____

ПОДАЦИ О МЈЕРИЛУ:

3. Назив мјерила _____
4. Фабричка ознака типа мјерила _____
5. Број комада увезених мјерила по типовима _____
6. Намјена мјерила ²⁾ _____
7. Метролошке карактеристике мјерила: _____
- Мјерна величина _____
- Мјерна јединица _____
- Мјерни обим _____
8. Број и датум сертификата о усаглашености/рјешења о одобрењу типа мјерила и службена ознака мјерила ¹⁾ _____
9. Домаћи и/или међународни метролошки прописи са којима је мјерило усаглашено _____
10. Број страног сертификата о усаглашености мјерила/назив сертификационог тијела које га је издало ³⁾ _____
11. Купац, односно корисник мјерила (ако је познат) _____

Број изјаве: _____ Потпис даваоца изјаве: _____

Мјесто и датум: _____ М.П. _____

Напомена: Давање лажних података је кажњиво по закону.

¹⁾ За мјерила за која је надлежна институција већ издала сертификат о усаглашености или рјешење о одобрењу типа.

²⁾ Навести област коришћења према члану 3., односно 4. Упутства.

³⁾ Мјерила која посједују сертификат о усаглашености страног сертификационог тијела.

Прилог 2

ЗАХТЈЕВ**ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИСПУЊАВАЊУ
МЕТРОЛОШКИХ ЗАХТЈЕВА ЗА МЈЕРИЛА
КОЈА СЕ УВОЗЕ**

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА:

1. Назив, сједиште, адреса и тел/факс подносиоца захтјева _____

2. Назив, сједиште и земља произвођача мјерила _____

ПОДАЦИ О МЈЕРИЛУ:

3. Назив мјерила _____

4. Фабричка ознака типа мјерила _____

5. Број комада увезених мјерила _____

6. Намјена мјерила ²⁾ _____

7. Метролошке карактеристике мјерила:

- Мјерна величина _____

- Мјерна јединица _____

- Мјерни обим _____

- Најмањи подиок - _____ Класа тачности /мјерна
несигурност _____8. Број и датум сертификата о усаглашености/
рјешења о одобрењу типа мјерила и службена
ознака мјерила ¹⁾ _____9. Домаћи и/или међународни метролошки прописи са
којима је мјерило усаглашено _____10. Број страног сертификата о усаглашености мјерила/
назив сертификационог тијела које га је издало ³⁾ _____

11. Купац, односно корисник мјерила (ако је познат) _____

12. Приложена документација _____

Број захтјева: _____ Подносилац захтјева:

Мјесто _____ М.П. _____

и датум: _____

¹⁾ За мјерила за која је надлежна институција већ издала
сертификат о усаглашености или рјешење о одобрењу
типа.²⁾ Навести област коришћења према члану 3., односно 4.
Упутства.³⁾ Мјерила која посједују сертификат о усаглашености
страног сертификационог тијела.

Прилог 3

Република Српска
Министарство привреде, енергетике и развоја
Републички завод за стандардизацију и метрологију
Бања Лука, Радоја Домановића 25
тел. 051/219-545; тел/факс: 051/219-515

Број: _____

Датум: _____

На основу члана 19. став 2. Закона о метрологији у
Републици Српској ("Службени гласник Републике
Српске", број 13/02) и члана 28. став 4. Закона о
метрологији БиХ ("Службени гласник Републике
Српске", број 40/00), а на захтјев:

(навести назив, сједиште и адресу подносиоца захтјева)

бр. захтјева _____ од _____ године,
директор Републичког завода за стандардизацију и
метрологију, издајеПОТВРДУ ¹⁾**О ИСПУЊАВАЊУ ОСНОВНИХ МЕТРОЛОШКИХ
ЗАХТЈЕВА ЗА МЈЕРИЛА КОЈА СЕ УВОЗЕ**

Назив и тип мјерила _____

Назив, сједиште и земља произвођача мјерила _____

Назив, сједиште и земља продавца мјерила _____

Број комада мјерила наведених у захтјеву _____

Основна метролошка својства мјерила ²⁾: _____Намјена мјерила ³⁾ _____

Купац, односно корисник мјерила (ако је познат) _____

Мјерило задовољава метролошке захтјеве прописане у ⁴⁾

те се одобрава увоз _____ комада мјерила.

Директор

М.П. _____

¹⁾ Обавезно ставити додатну ознаку потврде (ОУ или ПВ)
у зависности од статуса мјерила (према чл. 22. и 23.
Упутства);²⁾ Као основно метролошко својство уписује се: мјерни
обим, класа тачности/мјерна несигурност, мјерна јединица,
најмањи подеок и сл.³⁾ Навести област коришћења према члану 3., односно 4.
Упутства.⁴⁾ Навести домаћи или међународни пропис гдје су дефинисани
метролошки захтјеви (својства) за предметна
мјерила.На основу члана 20. став 2. Закона о контроли пред-
мета од драгоцјених метала у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске", број 13/02), а у
вези са чланом 108. Закона о административној служби у
управи Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број 16/02), директор Републичког завода за
стандардизацију и метрологију доноси**УПУТСТВО****О ПОСТУПКУ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ОД
ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ**

Члан 1.

Упутством о поступку верификације предмета од
драгоцјених метала у Републици Српској (у даљем тексту:
Упутство) прописују се поступак верификације предмета
од драгоцјених метала коју обавља Републички завод за
стандардизацију и метрологију, односно његове
унутрашње подручне организационе јединице (у даљем
тексту: Завод), као и начин подношења захтјева за вери-
фикацију, облик и садржај захтјева, методе испитивања,
потребна опрема за испитивање, начин жигосања и
мјесто утискивања жига.

Члан 2.

Верификација предмета од драгоцјених метала јесте
њихово испитивање и жигосање.Верификација се може обављати у службеним про-
сторијама Завода или пословним просторијама про-
извођача, односно увозника (у даљем тексту:
привођач/увозник) који за то посједују рјешење о
испуњавању прописаних услова.