



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА

Радоја Домановића 2Б; тел. 051/219-545; тел/факс 051/219-515; e-mail: rzsm@blic.net; www.rzsm.org

Број: 05/3.00/393-02-01/16
Датум: 04.04.2016.

На основу члана 13. став 2. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02 и 100/11) и члана 190. Закона о општем управном поступку, („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02, 87/07 и 50/10), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРЕГЛЕД МЈЕРИЛА

1. Утврђује се да се у радним просторијама „MRG EXPORT-IMPORT“ д.о.о. Бањалука, ул. Милана Радмана бр. 23, Бањалука може вршити преглед:

- етилометара

2. Преглед мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће подручна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бањалука.
3. Надзор над одржавањем прописаних услова у лабораторији и над прегледом мјерила вршиће се у складу са чланом 21. Закона о метрологији у Републици Српској.
4. Ово рјешење важи док су испуњени услови из члана 13. Закона о метрологији у Републици Српској, а најдуже до 04.04.2026. године.
5. Ово рјешење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Образложење

„MRG EXPORT-IMPORT“ д.о.о. Бањалука, ул. Милана Радмана бр. 23, Бањалука, поднио је овом органу дана 17.03.2016. године захтјев број 05/3.10/393-139/16 за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за преглед етилометара. Овај орган је 28.03.2016. године комисијски утврдио записником број 05/3.10/393-139-1/16 да су испуњени услови прописани Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) етилометара PUL.070.011 („Службени гласник Републике Српске“, бр.63/12), и на основу Извјештаја о оцјењивању број 05/3.10/393-139-2/16 од 30.03.2016.године одлучио као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Округног суда у Бања Луци у року од 30 дана од дана достављања Рјешења.

Републичка административна такса на ово рјешење наплаћена је у износу од 30 КМ по тарифном броју 17 Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 67/13) и поништена је на захтјеву.

Достављено:
- странка
- ОВ Бањалука
- а/а



По овлашћењу:
Драго Бијелић, дипл.инж.

ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРЕГЛЕД МЈЕРИЛА

број : 05/3.00/393-02-01/16 од 04.04.2016. год.

1. Лабораторија располаже са обученим кадром у складу са Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) етилометара PUL.070.011 („Службени гласник Републике Српске“, бр.63/12).
2. Лабораторија посједује следећу еталонску, мјерну и помоћну опрему:
 - „Dry Gas Standard“ 0.082, Intoximeters, Model 108 casc, Part No. 22-0080-01 са регулатором притиска,
 - „Dry Gas Standard“ 0.100, Intoximeters, Model 108 casc, Part No. 22-0770-00 са регулатором притиска,
 - „Dry Gas Standard“ 0.038, Intoximeters, Model 108 casc, Part No. 22-0060-01 са регулатором притиска,
 - „True – Call II“ Уређаји за показивање очекиване вриједности концентрације гаса у боци за тренутни атмосферски притисак (3 ком за сваки од „Dry Gas Standarda“: 0.082; 0.100 и 0.038),
 - Термохигрометар, произвођач EMOS, тип RS8461,
 - Нови усник,
 - Кључ за калибрацију,
 - Рачунар и
 - Остала помоћна опрема и прибор.
3. Лабораторија се налази у Бањалуци у ул. Милана Радмана бр. 23, у простору који се састоји од:
 - канцеларије површине 29,25 m²,
 - лабораторије за етилометре, површине 18,50 m²
 - сервиса, површине 42,35 m²,и испуњава захтјеве Правилника PUL.070.011 („Службени гласник Републике Српске“, бр.63/12).



По овлашћењу:
Драго Биједић, дипл. инж.