



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

Радоја Домановића 2Б, Бања Лука, тел: 051/219-545, факс: 051/219-515, e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-03-09/24

Датум: 17.10.2024. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22) и чл. 112, 190. став 1. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), поступајући по службеној дужности, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА

1. Утврђује се да „MRG Export - Import“ д.о.о. Бања Лука, Милана Радмана број 16, Бања Лука, испуњава услове за припрему за верификацију слjedeћих мјерила:
- брзине возила у саобраћају.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију, **на локацији на којој се налази образована лабораторија, у улици Милана Радмана број 16, Бања Лука.**
3. Овим рјешењем престаје да важи Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/19 од 10.07.2019. године и рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/20 од 12.03.2020. године и број: 18/1.00/393-02-19/23 од 24.01.2023. године .
4. Ово рјешење са прилогом који је саставни дио рјешења важи док су испуњени услови из члана 32. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а најдуже до 10.07.2029. године.

Образложење

„MRG Export - Import“ д.о.о. Бања Лука, Милана Радмана број 16, Бања Лука поднио је овом органу захтјев, број: 18/1.10/393-192/19 од 05.07.2019. године, за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему мјерила из тачке 1. диспозитива рјешења у којој ће верификацију обављати Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Поступајући по захтјеву, овај орган је 09.07.2019. године комисијски утврдио и записником број: 18/1.10/393-292-1/19 констатовао да су испуњени услови прописани Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) мјерила брзине возила у саобраћају, ПУЛ.900.019 („Службени гласник Републике Српске“, број 63/12) и на

основу Извјештаја о оцјењивању број: 18/1.10/393-292-2/19 од 10.07.2019. године донио Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/19 од 10.07.2019. године и рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/20 од 12.03.2020. године и број: 18/1.00/393-02-19/23 од 24.01.2023. године.

Накнадним увидом у предметну документацију образоване лабораторије утврђено је да је због доношења новог Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), који је ступио на снагу 31.12.2022. године и продужења рока до којег се издају рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила до 31.12.2030. године, било потребно донијети ново рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила, умјесто Рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-19/23 од 24.01.2023. године. Имајући у виду наведено, примјеном чл. 112, 190. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), ријешено је као у диспозитиву.

Саставни дио овог рјешења је његов прилог.

Сходно члану 102. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члану 14. тачка а) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) образована лабораторија не сноси трошкове за доношење овог рјешења и ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.



ДИРЕКТОР

Наташа Жугић

Достављено:

- образована лабораторија
- одјељења за верификацију (3 x копија)
- а/а (2 x)

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

број: 18/1.00/393-03-09/24 од 17.10.2024. године

1. Образована лабораторија „MRG Export - Import“ д.о.о. Бања Лука, Милана Радмана број 16, Бања Лука, располаже сљедећом еталонском, мјерном и помоћном опремом:
 - уређај за мјерење брзине возила, VBOX Mini серијски број 4010725, ГПС, број увјерења о еталонирању 393-2/3-03-2094/2,
 - референтни ласерски уређај за мјерење брзине, Speedlaser В серијски број 25613,
 - термохигрометар серијски број 3928405 – број уверења о еталонирању 3928405 1601,
 - далекометна мета,
 - рефлектујући чуњеви,
 - аутомобил са темпоматом,
 - трака за мјерење дужине 60 м,
 - уређаја за мјерење брзине возила, VOCAR уређај за провјеру квалитета ласерске зраке
 - лаптоп Getac,
 - столни рачунар,
 - потребан алат и прибор.
2. Образована лабораторија располаже са особљем које познаје поступак верификације мјерила у складу са Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) мјерила брзине возила у саобраћају, ПУЛ.900.019 („Службени гласник Републике Српске“, број 63/12).
3. Образована лабораторија се налази у Бањалуци, улица Милана Радмана број 16 и лабораторијски простор задовољава услове прописане Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) мјерила брзине возила у саобраћају, ПУЛ.900.019 („Службени гласник Републике Српске“, број 63/12).
4. Подаци наведени у овом прилогу утврђени су записником број: 18/1.10/393-292-1/19 од 09.07.2019. године.



ДИРЕКТОР

Наташа Жугић