



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

Радоја Домановића 2Б, Бања Лука, тел: 051/219-545, факс: 051/219-515, e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-03-11/24

Датум: 17.10.2024. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22) и чл. 112, 190. став 1. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), поступајући по службеној дужности, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА

1. Утврђује се да „ЕЛЕКТРОПРЕНОС БиХ“ а.д. Бањалука, Оперативно подручје Бањалука, Рамићи бб, 78215 Драгочај, испуњава услове за припрему за верификацију сљедећих мјерила:
 - монофазних и трофазних индукционих и електронских бројила активне електричне енергије класе тачности 0,2S, 0,5S, 1, 2 и 3;
 - монофазних и трофазних индукционих и електронских бројила реактивне електричне енергије класе тачности 0,2S, 0,5S, 1, 2 и 3.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију, на локацији на којој се налази образована лабораторија, у Рамићима бб, Драгочај, Бања Лука.
3. Овим рјешењем престаје да важи Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/21 од 18.03.2021. године и Рјешење о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-15/23 од 23.01.2023. године.
4. Ово рјешење са прилогом који је саставни дио рјешења важи док су испуњени услови из члана 32. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а најдуже до 31.12.2030. године.

Образложење

„ЕЛЕКТРОПРЕНОС БиХ“ а.д. Бањалука, Оперативно подручје Бањалука, Рамићи бб, 78215 Драгочај поднио је овом органу захтјев, број: 18/1.10/393-81/21 од 18.02.2021. године, за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему мјерила из тачке 1. диспозитива рјешења у којој ће верификацију обављати Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Поступајући по захтјеву, овај орган је 02.03.2021. године комисијски утврдио и записником број: 18/1.10/393-81-1/21 констатовао да су испуњени услови прописани Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед бројила електричне енергије, PUL.F-4/1 („Службени лист СФРЈ“, број 21/90) и на основу Извјештаја о оцјењивању број: 18/1.10/393-81-2/21 од 02.03.2021. године донио Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/21 од 18.03.2021. године и Рјешење о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-15/23 од 23.01.2023. године.

Накнадним увидом у предметну документацију образоване лабораторије утврђено је да је због доношења новог Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), који је ступио на снагу 31.12.2022. године и продужења рока до којег се издају рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила до 31.12.2030. године, било потребно донијети ново рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила, умјесто Рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-15/23 од 23.01.2023. године. Имајући у виду наведено, примјеном чл. 112, 190. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), ријешено је као у диспозитиву.

Саставни дио овог рјешења је његов прилог.

Сходно члану 102. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члану 14. тачка а) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) образована лабораторија не сноси трошкове за доношење овог рјешења и ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Округног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.



ДИРЕКТОР

Наташа Жугић

Достављено:

- образована лабораторија
- одјељења за верификацију (3 x копија)
- а/а (2 x)

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

број:18/1.00/393-03-11/24 од 17.10.2024. године

1. Образована лабораторија „ЕЛЕКТРОПРЕНОС БиХ“ а.д. Бањалука, Оперативно подручје Бањалука, Рамићи бб, 78215 Драгочај, располаже сљедећом еталонском, мјерном и помоћном опремом:
 - уређај за испитивање електронских и индукционих бројила активне електричне енергије класе тачности 0,2S, 0,5S, 1 и 2 и електронских и индукционих бројила реактивне електричне енергије класе тачности 0,5S, 1, 2 и 3, тип MTS 320-2, серијски број 21-262-1, произвођач ZERA,
 - радни еталон – еталонско бројило електричне енергије тип EPZ 303-5, серијски број 98-92-15, класе тачности 0,02 произвођача ZERA,
 - сталке за постављање 20 бројила са 20 оптокаплерских глава, произвођача ZERA,
 - уређај за испитивање изолације тип NL 036, серијски број 8033, произвођача ISKRA,
 - остали потребни алати и прибор.
2. Образована лабораторија располаже са особљем које познаје поступак верификације мјерила у складу са Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед бројила електричне енергије, PUL.F-4/1, („Службени лист СФРЈ“, број 21/90).
3. Образована лабораторија се налази у Бањој Луци, Драгочај, Рамићи бб и лабораторијски простор задовољава услове прописане Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед бројила електричне енергије, PUL.F-4/1, („Службени лист СФРЈ“, број 21/90).
4. Подаци наведени у овом прилогу утврђени су записником број: 18/1.10/393-81-1/21 од 02.03.2021. године.



ДИРЕКТОР

Наташа Жугић