



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

Радоја Домановића 2Б, Бања Лука, тел: 051/219-545, факс: 051/219-515, e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-03-17/24  
Датум: 17.10.2024. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22) и чл. 112, 190. став 1. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), поступајући по службеној дужности, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију д о н о с и

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

### О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА

1. Утврђује се да „GREEN TANK“ д.о.о. Градишка, Прве противоклопне артиљеријске бригаде 9а, Градишка, испуњава услове за припрему за верификацију сљедећег мјерила:
  - справа за мјерење течног горива протока до 100 l/min.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију, на локацији на којој се налази образована лабораторија, у Брестовчини бб, Градишка.
3. Овим рјешењем престаје да важи Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-02/21 од 05.10.2021. године и Рјешење о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-16/23 од 23.01.2023. године.
4. Ово рјешење са прилогом који је саставни дио рјешења важи док су испуњени услови из члана 32. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а најдуже до 31.12.2030. године.

### Образложење

„GREEN TANK“ д.о.о. Градишка, Прве противоклопне артиљеријске бригаде 9а, Градишка поднио је овом органу захтјев, број: 18/1.10/393-335/21 од 20.09.2021. године, за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему мјерила из тачке 1. диспозитива рјешења у којој ће верификацију обављати Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Поступајући по захтјеву овај орган је 21.09.2021. године комисијски утврдио и записником број: 18/1.10/393-335-1/21 констатовао да су испуњени услови прописани Правилником о

условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног горива PUL.060.008 („Службени гласник Републике Српске“, број 15/07) и на основу Извјештаја о оцјењивању број: 18/1.10/393-335-2/21 од 21.09.2021. године донио Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-02/21 од 05.10.2021. године и Рјешење о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-16/23 од 23.01.2023. године.

Накнадним увидом у предметну документацију образоване лабораторије утврђено је да је због доношења новог Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), који је ступио на снагу 31.12.2022. године и продужења рока до којег се издају рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила до 31.12.2030. године, било потребно донијети ново рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила, умјесто Рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-16/23 од 23.01.2023. године. Имајући у виду наведено, примјеном чл. 112, 190. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), ријешено је као у диспозитиву.

Саставни дио овог рјешења је његов прилог.

Сходно члану 102. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члану 14. тачка а) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) образована лабораторија не сноси трошкове за доношење овог рјешења и ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.



ДИРЕКТОР

Наташа Жугић

*Жугић Наташа*

Достављено:

- образована лабораторија
- одјељења за верификацију (3 x копија)
- а/а (2 x)

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

**број: 18/1.00/393-03-17/24 од 17.10.2024. године**

1. Образована лабораторија „GREEN TANK“ д.о.о. Градишка, Прве противклопне артиљеријске бригаде 9а, Градишка, располаже сљедећом еталонском, мјерном и помоћном опремом:
  - радни еталони – еталони мјерне посуде називне запремине: 5l, 10l, 20l, 50l, 100l, класе тачности  $\pm 0,1\%$ , произвођач „INOX“, Нови Сад
  - наливни цилиндри називне запремине 200ml, 1000ml и 2000ml,
  - термометар обима мјерења од  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ ,
  - секундомјер,
  - детектор експлозивних гасова,
  - гарнитура неискрећег алата,
  - транспортно средство – приколица за превоз еталонске опреме,
  - радни столови, разни потребни алати и прибор.
2. Образована лабораторија располаже са особљем које познаје поступак верификације мјерила у складу са Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног горива - PUL.060.008 („Службени гласник Републике Српске“, број 15/07).
3. Образована лабораторија се налази у Брестовчини бб, Градишка и лабораторијски простор задовољава услове прописане Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног горива - PUL.060.008, („Службени гласник Републике Српске“, број 15/07).
4. Подаци наведени у овом прилогу утврђени су записником број: 18/1.10/393-335-1/21 од 21.09.2021. године.



**ДИРЕКТОР**

**Наташа Жугић**