



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

Радоја Домановића 2Б, Бања Лука, тел: 051/219-545, факс: 051/219-515, e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-03-13/24

Датум: 17.10.2024. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22) и чл. 112, 190. став 1. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), поступајући по службеној дужности, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА

1. Утврђује се да „SHOLLEX INTERNATIONAL“ д.о.о. Бијељина, Сергеја Јесењина број 25, Бијељина, испуњава услове за припрему за верификацију сљедећег мјерила:
– ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности III и III, максималног опсега до 500 kg.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију, на локацији на којој се налази образована лабораторија, у улици Сергеја Јесењина 25, Бијељина.
3. Овим рјешењем престаје да важи Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/22 од 08.03.2022. године и Рјешење о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-10/23 од 18.01.2023. године.
4. Ово рјешење са прилогом који је саставни дио рјешења важи док су испуњени услови из члана 32. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а најдуже до 31.12.2030. године.

Образложење

„SHOLLEX INTERNATIONAL“ д.о.о. Бијељина, Сергеја Јесењина број 25, Бијељина поднио је овом органу захтјев, број: 18/1.10/393-101/22 од 01.03.2022. године, за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему мјерила из тачке 1. диспозитива рјешења у којој ће верификацију обављати Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Поступајући по захтјеву, овај орган је 03.03.2022. године комисијски утврдио и записником број: 18/1.10/393-101-1/22 констатовао да су испуњени услови прописани Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед мјерила масе, ПУЛ.М-/1 („Службени лист

СФРЈ“, број 20/90) и на основу Извјештаја о оцјењивању број: 18/1.10/393-101-2/22 од 03.03.2022. године донио Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/22 од 08.03.2022. године и Рјешење о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-10/23 од 18.01.2023. године.

Накнадним увидом у предметну документацију образоване лабораторије утврђено је да је због доношења новог Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), који је ступио на снагу 31.12.2022. године и продужења рока до којег се издају рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила до 31.12.2030. године, било потребно донијети ново рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила, умјесто Рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-10/23 од 18.01.2023. године. Имајући у виду наведено, примјеном чл. 112, 190. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), ријешено је као у диспозитиву.

Саставни дио овог рјешења је његов прилог.

Сходно члану 102. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члану 14. тачка а) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) образована лабораторија не сноси трошкове за доношење овог рјешења и ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.



ДИРЕКТОР

Наташа Жугић

Достављено:

- образована лабораторија
- одјељења за верификацију (3 x копија)
- а/а (2 x)

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

број: 18/1.00/393-03-13/24 од 17.10.2024. године

1. Образована лабораторија „SHOLLEX INTERNATIONAL“ д.о.о. Бијељина, Сергеја Јесењина број 25, Бијељина, располаже следећом еталонском, мјерном и помоћном опремом:
 - гарнитура еталон тегова опсега од 1 mg до 10 kg, класе тачности М1, произвођач: „SHOLLEX“ Београд, укупно 20 тегова, серијски број:5163,
 - еталон тегови појединачне масе од 20 kg, класе тачности М1, произвођач: „Мајевица“ Бачка Паланка, укупно 25 тегова,
 - машинска либела,
 - лупа за читавање резултата мјерења,
 - помично мјерило са нонијусом,
 - метални лењир (0 – 600 mm),
 - термометар,
 - радни столови,
 - стабилисани извор напајања.
2. Образована лабораторија располаже са особљем које познаје поступак верификације мјерила у складу са Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед мјерила масе, ПУЛ.М-/1 („Службени лист СФРЈ“, број 20/90).
3. Образована лабораторија се налази у Бијељини, улица Сергеја Јесењина 25 и лабораторијски простор задовољава услове прописане Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед мјерила масе, ПУЛ.М-/1 („Службени лист СФРЈ“, број 20/90).
4. Подаци наведени у овом прилогу утврђени су записником број: 18/1.10/393-101-1/22 од 03.03.2022. године.



ДИРЕКТОР

Наташа Жугић