



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА**  
**РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ**

Радоја Домановића 2Б, Бања Лука, тел: 051/219-545, факс: 051/219-515, e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-03-14/24  
Датум: 17.10.2024. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22) и чл. 112, 190. став 1. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), поступајући по службеној дужности, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију д о н о с и

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

1. Утврђује се да АД „**ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**“ Бијељина, Хајдук Станка **20, Бијељина**, испуњава услове за припрему за верификацију сљедећег мјерила:
  - **водомјера за хладну воду, протока до 20 m<sup>3</sup>/h.**
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију, **на локацији на којој се налази образована лабораторија, у улици Пантелинска 227, Бијељина.**
3. Овим рјешењем престаје да важи Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-02/22 од 08.06.2022. године и Рјешење о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/23 од 17.01.2023. године.
4. Ово рјешење са прилогом који је саставни дио рјешења важи док су испуњени услови из члана 32. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а најдуже до 31.12.2030. године.

**Образложење**

АД „**ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**“ Бијељина, Хајдук Станка 20, Бијељина поднио је овом органу захтјев, број: 18/1.10/393-176/22 од 17.05.2022. године, за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему мјерила из тачке 1. диспозитива рјешења у којој ће верификацију обављати Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Поступајући по захтјеву, овај орган је 30.05.2022. године комисијски утврдио и записником број: 18/1.10/393-176-1/22 констатовао да су испуњени услови прописани са Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед водомјера, ПУЛ 3-14/1 („Службени лист

СФРЈ“, број 61/86) и на основу Извјештаја о оцјењивању број: 18/1.10/393-176-2/22 од 01.06.2022. године донио Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-02/22 од 08.06.2022. године и Рјешење о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/23 од 17.01.2023. године

Накнадним увидом у предметну документацију образоване лабораторије утврђено је да је због доношења новог Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), који је ступио на снагу 31.12.2022. године и продужења рока до којег се издају рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила до 31.12.2030. године, било потребно донијети ново рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила, умјесто Рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-01/23 од 17.01.2023. године. Имајући у виду наведено, примјеном чл. 112, 190. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), ријешено је као у диспозитиву.

Саставни дио овог рјешења је његов прилог.

Сходно члану 102. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члану 14. тачка а) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) образована лабораторија не сноси трошкове за доношење овог рјешења и ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.



**ДИРЕКТОР**

**Наташа Жугић**

Достављено:

- образована лабораторија
- одјељења за верификацију (3 x копија)
- а/а (2 x)

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

**број: 18/1.00/393-03-14/24 од 17.10.2024. године**

1. Образована лабораторија АД „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Бијељина, Хајдук Станка 20, Бијељина, располаже слjedeћом еталонском, мјерном и помоћном опремом:
  - уређај за испитивање водомјера, тип U41, „ИКОМ“ Загреб, серијски број 198/1978,
  - уређај за испитивање водомјера, тип U41, „ИКОМ“ Загреб, серијски број 199/1978,
  - манометар, „ФАДИП“ Бечеј, серијски број 152,
  - термометар, серијски број 5,
  - стаклени еталон – мјерна посуда, „СФС“ Параћин, серијски број 8/8
  - додатни хоризонтални сто са 6 прикључака,
  - ручна колица за превоз водомјера,
  - инсталацију за довод и одвод воде,
  - потребан алат и прибор.
2. Образована лабораторија располаже са особљем које познаје поступак верификације мјерила у складу са Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед водомјера, ПУЛ 3-14/1, („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).
3. Образована лабораторија се налази у Бијељини, улица Пантелинска 227 и лабораторијски простор задовољава услове прописане Правилником о условима за образовање лабораторија за преглед водомјера, ПУЛ 3-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).
4. Подаци наведени у овом прилогу утврђени су записником број: 18/1.10/393-176-1/22 од 30.05.2022. године.



**ДИРЕКТОР**

**Наташа Жугић**