



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА

Радоја Домановића 2Б; тел. 051/219-545; тел/факс 051/219-515; e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-02-23/23

Датум: 18.04.2023. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а у складу са Упутством за образовање лабораторија у којима преглед и жигосање мјерила обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/01, 46/07 и 46/10), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА

1. Утврђује се да ЈР „VODOVOD I KANALIZACIJA“ a.d., Трифка Грабежа 9, Пале, испуњава услове за образовану лабораторију и да може вршити припрему мјерила за верификацију:
 - водомјера за хладну воду, протока до 30 m³/h.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију.
3. Ово рјешење важи док су испуњени услови из члана 32. став 2. Закона о метрологији у Републици Српској, а најдуже до 31. децембра 2030. године.

Образложење

ЈР „VODOVOD I KANALIZACIJA“ a.d., Трифка Грабежа 9, Пале, поднио је овом органу дана 13.3.2023. године захтјев број 18/1.10/393-108/23 за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему водомјера за хладну воду.

Овај орган је 31.3.2023. године комисијски утврдио записником број 18/1.10/393-108-1/23 да су испуњени услови прописани Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера, PUL.Z-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86), и на основу Извјештаја о оцјењивању број 18/1.10/393-108-2/23 од 3.4.2023. године одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Округног суда у Бања Луци у року од 30 дана од дана достављања Рјешења.

Републичка административна такса на ово рјешење наплаћена је у износу од 30 КМ по тарифном броју 17. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

Достављено:

- Странка (1x)
- ОВ (3x копија)
- а/а (1x)



в. д. директора

Симо Бабић, дипл. ек.

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

број: 18/1.00/393-02-23/23 од 18.04.2023. године

1. Лабораторија располаже са обученим кадром у складу са Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера, PUL.Z-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).
2. Лабораторија посједује сљедећу еталонску, мјерну и помоћну опрему:
 - уређај за испитивање водомјера, „Insa“ Земун, тип ВU-1, серијски број 45/2001, број извјештаја о испитивању еталона: 18/1.12/393-21-2/23 – 13.3.2023,
 - уређај за испитивање водомјера, „Insa“ Земун, тип ВU-1, серијски број 44/2001, број извјештаја о испитивању еталона: 18/1.12/393-21-1/23 – 13.3.2023,
 - манометар, „AFRISO“, серијски број 2047975, број уверења о еталонирању 20479752301 – 27.2.2023,
 - термометар, „MAURER“, тип алкохолни, серијски број 2042547, број уверења о еталонирању 20425472301 – 15.2.2023,
 - стаклени еталон – мјерна посуда, „Duran“, тип мјерна посуда, серијски број 45/40/-, број извјештаја о испитивању еталона: 18/1.12/393-21-3/23 – 16.3.2023,
 - додатни хоризонтални сто са 10 прикључака,
 - ручна колица за превоз водомјера,
 - инсталацију за довод и одвод воде,
 - потребан алат и прибор.
3. Лабораторија се налази у улици Трифка Грабежа 9, Пале. Површине је 70 m² канцеларијског простора и простора за смјештај еталонске, мјерне и остале опреме. Тиме су задовољени услови према Правилнику о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера, PUL.Z-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).



в. д. директора

Симо Бабић, дипл. ек.