



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА**  
**РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ**

Радоја Домановића 2Б, Бања Лука, тел: 051/219-545, факс: 051/219-515, e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-03-04/24  
Датум: 17.10.2024. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22) и чл. 112, 190. став 1. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), поступајући по службеној дужности, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију д о н о с и

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**  
**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

1. Утврђује се да „**КОМУНАЛАС**“ а.д. Дервента, Његошева 1, Дервента, испуњава услове за припрему за верификацију слjedeћег мјерила:  
  
- водомјера за хладну воду, називног протока до 20 m<sup>3</sup>/h.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију, **на локацији на којој се налази образована лабораторија, у улици Његошева 1, Дервента.**
3. Овим рјешењем престаје да важи Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 05/3.00/393-02-06/16 од 22.09.2016. године и рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-06/20 од 12.03.2020. године и број: 18/1.00/393-02-12/23 од 19.01.2023. године.
4. Ово рјешење са прилогом који је саставни дио рјешења важи док су испуњени услови из члана 32. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а најдуже до 22.09.2026. године.

**Образложење**

„КОМУНАЛАС“ а.д. Дервента, Његошева 1, Дервента поднио је овом органу захтјев, број: 05/3.10/393-360/16 од 25.08.2016. године, за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему мјерила из тачке 1. диспозитива рјешења у којој ће верификацију обављати Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Поступајући по захтјеву, овај орган је 21.09.2016. године комисијски утврдио и записником број: 05/3.10/393-360-1/16 констатовао да су испуњени услови прописани Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера, ПУЛ.3-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86) и на основу Извјештаја о оцјењивању број: 05/3.10/393-360-2/16 од

22.09.2016. године донио Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 05/3.00/393-02-06/16 од 22.09.2016. године и рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-06/20 од 12.03.2020. године и број: 18/1.00/393-02-12/23 од 19.01.2023. године.

Накнадним увидом у предметну документацију образоване лабораторије утврђено је да је због доношења новог Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), који је ступио на снагу 31.12.2022. године и продужења рока до којег се издају рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила до 31.12.2030. године, било потребно донијети ново рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила, умјесто Рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-12/23 од 19.01.2023. године. Имајући у виду наведено, примјеном чл. 112, 190. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), ријешено је као у диспозитиву.

Саставни дио овог рјешења је његов прилог.

Сходно члану 102. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члану 14. тачка а) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) образована лабораторија не сноси трошкове за доношење овог рјешења и ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Достављено:

- образована лабораторија
- одјељења за верификацију (3 x копија)
- а/а (2 x)



**ДИРЕКТОР**

**Наташа Жугић**



**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

**број: 18/1.00/393-03-04/24 од 17.10.2024. године**

1. Образована лабораторија „KOMUNALAC“ а.д. Дервента, Његошева 1, Дервента, располаже сљедећом еталонском, мјерном и помоћном опремом:
  - радни еталон (уређај за преглед водомјера) произвођач: „ИНСА“ Земун, тип: ВU-1, серијски број/година производње: 130/2016, мјерног опсега 10 l до 220 l, (30 l/h до 20000 l/h), (казан: произвођач „ИКОМ“ Загреб, сл. ознака U-41, година производње 1978. фабрички број: 196),
  - радни еталон (уређај за преглед водомјера) произвођач „ИКОМ“ Загреб, сл. ознака U-41 мјерни опсег 10 l до 220 l (30 l/h до 20000 l/h) година производње 1978. фабрички број: 197),
  - стаклени радни еталон, запремине 10 l, класе тачности  $\pm 0,05\%$ ,
  - додатни хоризонтални сто са 6 прикључака,
  - ручна колица за превоз водомјера,
  - стаклени термометар, серијски број: 3924255, мјерни опсег: (-30 до +50) °C, тачности мјерења  $\pm 1$  °C и
  - инсталацију за довод и одвод воде.
2. Образована лабораторија располаже са особљем које познаје поступак верификације мјерила у складу са са Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера ПУЛ.3-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).
3. Образована лабораторија се налази у Дервенти, улица Његошева 1, и лабораторијски простор задовољава услове прописане Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера ПУЛ.3-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).
4. Подаци наведени у овом прилогу утврђени су записником број: 05/3.10/393-360-1/16 од 21.09.2016. године.



**ДИРЕКТОР**

**Наташа Жугић**