



13.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА

Радоја Домановића 2Б; тел. 051/219-545; тел/факс 051/219-515; e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 05/3.00/393-02-06/18

Датум: 17.12.2018. године

На основу члана 33. став 3. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, број 33/16) а у складу са Упутством за образовање лабораторија у којима преглед и жигосање мјерила обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/01, 46/07 и 46/10), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА

1. Утврђује се да КП „ВОДОВОД“ а.д. Бања Лука, Живојина Мишића 24., Бања Лука, може у својим просторијама вршити припрему за верификацију мјерила запремине:
 - водомјера за хладну воду, називног протока до 300 m³/h.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију.
3. Ово рјешење важи док су испуњени услови из члана 32. став 2. Закона о метрологији у Републици Српској, а најдуже до 31.децембра 2019. године.

Образложење

КП „ВОДОВОД“ а.д. Бања Лука, Живојина Мишића 24., Бања Лука, поднио је овом органу дана 17.09.2018. године захтјев број 05/3.10/393-320/18 за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему водомјера за верификацију. Овај орган је 22.10.2018. године комисијски утврдио записником број 05/3.10/393-320-1/18 да су испуњени услови прописани Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера ПУЛ.З-14/1. („Службени лист СФРЈ“ број 61/86) и на основу Извјештаја о оцјењивању број 05/3.10/393-320-2/18 од 17.12.2018. године одлучио као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бања Луци у року од 30 дана од дана достављања Рјешења.

Републичка административна такса на ово рјешење наплаћена је у износу од 30 КМ по тарифном броју 17. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 63/13) и поништена је на захтјеву.



директор:
Никола Букић
Никола Букић, дипл. инж.

Достављено:


- Странка (1x)
- ОВ (3x копија)
- а/а (1x)

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

број: 05/3.00/393-02-06/18 од: 17.12.2018. године

1. Лабораторија располаже са обученим кадром у складу са Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера ПУЛ.3-14/1. („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).
2. Лабораторија посједује сљедећу еталонску, мјерну и помоћну опрему.
 - радни еталон (уређај за преглед водомјера) произвођач: „INSA“/„ИКОМ“, тип: U-4.1, серијски број/год. производње: 246/1985 - 131/2016, мјерног опсега (0 – 220) l, класе тачности ±0,2 %.
 - радни еталон (уређај за преглед водомјера) произвођач: „INSA“/„ИКОМ“, тип: U-4.1, серијски број/год. производње: 249/1985 - 132/2016, мјерног опсега (0 – 220) l, класе тачности ±0,2 %.
 - радни еталон (уређај за преглед водомјера) произвођач: „INSA“/„ИКОМ“, тип: U-4.1, серијски број/год. производње: 137/1969 - 133/2016, мјерног опсега (0 – 220) l, класе тачности ±0,2 l.
 - радни еталон (уређај за преглед водомјера) произвођач: „INSA“, серијски број/год. производње: 134/2016, мјерних опсега: 0 – 2100 l, класе тачности ±0,2 % и (2100 – 3900) l, класе тачности ±0,2 %.
 - радни еталон (уређај за преглед водомјера) произвођач: „SCHLUMBERGER“, серијски број/год. производње: 385/2001, тип: RAC 2200/1/5, мјерних опсега: (0 – 10) l, класе тачности ±0,2 % и (0 – 200) l, класе тачности ±0,2 %.
 - стаклени радни еталон, произвођача „СФС“ Парафин, запремине 10 l, класе тачности ±0,01%,
 - термохигрометар, произвођач: AZD, тип: TH101B, радни опсег: (-30 - +50) °C, тачности мјерења ±1 °C и 20 до 100 R.H., класа тачности ±5% R.H.
 - манометари мјерног опсега (0 до 1.6) bar, произвођача „FADIP“, серијских бројева 5991, 5957 и 1138,
 - Дизалица за манипулацију са водомјерима,
 - сто за хоризонтални преглед водомјера, тип СХ-10,
 - сто за вертикални преглед водомјера, тип СВ-1, и
 - инсталација за довод и одвод воде.
3. Лабораторија се налази у Ул. Живојина Мишића 24., Бања Лука и има двије просторије. Просторије задовољавају услове према Правилнику о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера ПУЛ.3-14/1. („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).



директор:

Никола Ђукић, дипл. инж.

4



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА

Радоја Домановића 2Б; тел. 051/219-545; тел/факс 051/219-515; e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-02-14/20

Датум: 12.03.2020. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 33/16 и 18/20) а по захтјеву КП „ВОДОВОД“ а. д., Бања Лука, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА

Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 05/3.00/393-02-06/18 од 17.12.2018. године мијења се у сљедећем:

У тачки 3. диспозитива рјешења датум „31. децембра 2019. године“ мијења се датумом „31. децембра 2022. године“.

Образложење

КП „ВОДОВОД“ а. д. Бања Лука, 22. априла 2., Бања Лука, поднио је овом органу дана 12.03.2020. године захтјев број 18/1.10/393-136/20 за измјену Рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 05/3.00/393-02-06/18 од 17.12.2018. године.

Овај орган је на основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 33/16 и 18/20) ријешито као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Округног суда у Бања Луци у року од 30 дана од дана достављања Рјешења.

Републичка административна такса на ово рјешење наплаћена је у износу од 30 КМ по тарифном броју 17. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 63/13).

Достављено:

- Странка (1x)
- ОВ (3 x копија)
- а/а (1x)



директор:
Никола Букић, дипл. инж.



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА

Радоја Домановића 2Б; тел. 051/219-545; тел/факс 051/219-515; e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-02-14/23

Датум: 20.01.2023. године

На основу члана 33. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22) а по захтјеву „ВОДОВОД“ а.д. Бања Лука, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА

Рјешење о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-14/20 од 12.03.2020. године мијења се у следећем:

У диспозитиву рјешења датум „31. децембра 2022. године“ мијења се датумом „17. децембра 2028. године“.

Образложење

„ВОДОВОД“ а.д. Бања Лука, поднијело је овом органу дана 20.01.2023. године захтјев број 18/1.10/393-52/23 за измјену Рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила у погледу датума важења издатог Рјешења.

Овај орган је на основу члана 33. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22) ријешо као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бањој Луци у року од 30 дана од дана достављања Рјешења.

Републичка административна такса на ово рјешење наплаћена је у износу од 30 КМ по тарифном броју 17. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).



в. д. директора

Симо Бабић, дипл. ек.

Достављено:

- Странка (1х)
- ОВ (3 х копија)
- а/а (1х)