



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ  
БАЊА ЛУКА

Радоја Домановића 2Б; тел. 051/219-545; тел/факс 051/219-515; e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-02-22/23  
Датум: 06.02.2023. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а у складу са Упутством за образовање лабораторија у којима преглед и жигосање мјерила обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/01, 46/07 и 46/10), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију доноси:

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**  
**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

1. Утврђује се да „ВОДОВОД“ а.д. Добој, улица Краља Петра I број 15 Б, Добој, испуњава услове за образовану лабораторију и да може вршити припрему мјерила за верификацију:
  - водомјера за хладну воду, протока до 20 m<sup>3</sup>/h.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију.
3. Ово рјешење важи док су испуњени услови из члана 32. став 2. Закона о метрологији у Републици Српској, а најдуже до 31. децембра 2030. године.

**Образложење**

„ВОДОВОД“ а.д. Добој, улица Краља Петра I број 15 Б, Добој, поднио је овом органу дана 19.1.2023. године захтјев број 18/1.10/393-49/23 за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему водомјера за хладну воду.

Овај орган је 1.2.2023. године комисијски утврдио записником број 18/1.10/393-49-1/23 да су испуњени услови прописани Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера, PUL.Z-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86), и на основу Извјештаја о оцјењивању број 18/1.10/393-49-2/23 од 2.2.2023. године одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бања Луци у року од 30 дана од дана достављања Рјешења.

Републичка административна такса на ово рјешење наплаћена је у износу од 30 КМ по тарифном броју 17. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

Достављено:

- Странка (1x)
- ОВ (3x копија)
- а/а (1x)



в. д. директора

Симо Бабић, дипл. ек.

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

број: 18/1.00/393-02-22/23 од 06.02.2023. године

1. Лабораторија располаже са обученим кадром у складу са Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера, PUL.Z-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).
2. Лабораторија посједује следећу еталонску, мјерну и помоћну опрему:
  - уређај за испитивање водомјера, „Insa“ Земун, тип ВU-1, серијски број 110/2009, број извјештаја о испитивању еталона: 18/1.12/393-21-6/2021 – 6.5.2021,
  - уређај за испитивање водомјера, „Insa“ Земун, тип ВU-1, серијски број 48/2002, број извјештаја о испитивању еталона: 18/1.12/393-21-7/2021 – 6.5.2021,
  - манометар, „WKA“, тип EN 837-1, серијски број 31488034, број уверења о еталонирању 39672882101 – 18.2.2021,
  - термометар, „Tlos“ Загреб, тип живин, серијски број S-4369-74, број уверења о еталонирању 39130012101 – 18.2.2021,
  - стаклени еталон – мјерна посуда, „Hirschmann“, тип NS45/40, серијски број 1/-, број извјештаја о испитивању еталона: 1534-1/18 – 26.3.2018,
  - стаклени еталон – мјерна посуда, „Hirschmann“, тип NS45/40, серијски број 2/-, број извјештаја о испитивању еталона: 05/3.12/393-9-10/2018 – 30.3.2018,
  - додатни хоризонтални сто са 5 прикључака,
  - ручна колица за превоз водомјера,
  - инсталацију за довод и одвод воде,
  - потребан алат и прибор.
3. Лабораторија се налази у улици Војводе Синђелића број 69, Добој. Површине је 52 m<sup>2</sup> канцеларијског простора и простора за смјештај еталонске, мјерне и остале опреме. Тиме су задовољени услови према Правилнику о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера, PUL.Z-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).



в. д. директора

Симо Бабић, дипл. ек.