

Члан 3.

Наведени изрази, у смислу овог правилника, имају следећа значења:

1) опсег мерења протока секундарног еталона јединице запремине гаса је збир опсега мерења протока гаса свих појединачних секундарних еталона из члана 2. овог правилника;

2) границе укупне процењене мерне несигурности секундарног еталона јединице запремине гаса, су границе интервала несигурности са којом се еталон остварује.

Члан 4.

Опсези мерења протока и границе укупне процењене мерне несигурности за дату вероватноћу дати су у следећој табели:

Секундарни еталон	Опсег мерења протока	Границе укупне процењене мерне несигурности за дат опсег мерења и вероватноћу од 95%
1	2	3
1. Уређај са еталон-плиномером са течношћу	од $55 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ до $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$	$\pm 0,2\%$
2. Уређај са еталон-плиномером са ротационим клиповима	од $1 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ до $1 \times 10^{-1} \text{ m}^3/\text{s}$	$\pm 0,2\%$
3. Уређај са еталон-плиномером са турбином	од $1 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ до $5 \text{ m}^3/\text{s}$	$\pm 0,2\%$

Члан 5.

Натписи и ознаке на еталон-плиномеру морају бити исписани на једном од језика и писама народа, односно народности Југославије.

Члан 6.

Натписи и ознаке на секундарном еталону морају бити јасни, добро видљиви у радним условима и исписани тако да се не могу избрисати или скинути.

Члан 7.

Ако су натписи и ознаке записани на посебној табlici на њој мора бити предвиђено место за утискивање жига.

Члан 8.

На плочи показног уређаја или на посебној табlici секундарног еталона мора се исписати:

- 1) фирма, односно назив или знак произвођача;
- 2) ознака величине еталон-плиномера;
- 3) серијски број и година производње еталон-плиномера;
- 4) највећи проток ($Q_{\text{max}} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$);
- 5) најмањи проток ($Q_{\text{min}} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$);
- 6) највећи радни притисак ($p_{\text{рад}} = \dots Pa$, или bar , или mbar);
- 7) називна вредност запремине радног циклуса, осим за еталон-плиномере са турбином ($V = \text{m}^3$ или dm^3);
- 8) назив тачности којом се пуни еталон-плиномер са течношћу;
- 9) ознака у облику: „секундарни еталон“.

Члан 9.

На секундарном еталону чији показни уређај означава само један смер протицања гаса мора се налазити неизбрива стрелица која показује тај смер.

Члан 10.

Поред механичке излазне комаде секундарног еталона мора бити уписана вредност њене константе у облику:

$$1 \text{ tr} = \dots \text{ m}^3 \text{ или } \text{dm}^3.$$

Поред електричне излазне комаде секундарног еталона мора бити уписана вредност њене константе у облику:

$$1 \text{ imp} = \dots \text{ m}^3 \text{ или } \text{dm}^3 \text{ или}$$

$$1 \text{ m}^3 = \dots \text{ imp}.$$

Члан 11.

На погодном месту поред отвора за мерење референтног притиска исписује се ознака „рг“, а поред другог отвора - ознака „р“.

На секундарном еталону којим се може мерити протекла запремина у оба смера, оба отвора обележавају се са „рг“, с тим што се поред сваке ознаке мора ставити и стрелица која означава смер протицања гаса за коју ознака важи.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 02-599
4. маја 1987. године
Београд

Директор
Савезног завода за мере и драгоцене метале,
мр Милан Межек, с. р.

510.

На основу члана 56. ст. 1. до 4, члана 58. став 3. и члана 60. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директор Савезног завода за стандардизацију издаје

НАРЕДБУ

О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ КАБЛОВСКОГ ДИСТРИБУЦИОНОГ И ЗАЈЕДНИЧКОГ АНТЕНСКОГ СИСТЕМА

1. Обавезном атестирању подлеже кабловски дистрибуциони и заједнички антенски систем за пријем и дистрибуцију телевизијских и радио-дифузијских сигнала звука у насељима и стамбеним и другим објектима (у даљем тексту: KDS и ZAS), који се састоје од пријемних антена (југословенски стандард JUS N.N6. 501) и кабловског дистрибуционог система (југословенски стандард JUS N.N6. 170).

2. Поступак обавезног атестирања производа из тачке 1. ове наредбе спроводи се за сваки појединачни KDS и ZAS на месту уградње.

Уз захтев за атестирање, морају се доставити:

- 1) подаци о локацији и адреси KDS и ZAS;
- 2) датум од кад су обезбеђени услови за испитивање;
- 3) детаљна шема изведеног стања, са основним техничким подацима о уграђеним компонентама, односно саставним деловима KDS и ZAS;
- 4) спецификација саставних делова, односно компоненти назначених у пројектној или пратећој техничкој документацији;

5) доказ да су саставни делови KDS и ZAS саобразни одредбама следећих југословенских стандарда:

- а) југословенском стандарду JUS N.N0. 201 - Безбедност електронских апарата за домаћинство и сличну употребу прикључених на мрежу за напајање. Технички услови и начин проверавања;
- б) југословенском стандарду JUS N.N0. 202 - Безбедност електронских апарата за домаћинство и сличну употребу прикључених на мрежу за напајање. Апарати зашти-

лени од прскања водом. Допунски технички услови и начин проверавања;

в) југословенском стандарду JUS N.N6. 179 - Радио-комуникације. Кабловски дистрибуциони системи. Безбедност;

г) југословенском стандарду JUS N.N6. 501 - Радио-комуникације. Пријемне антене за телевизијске и звучне радио-дифузне емисије у фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1000 MHz. Термини, дефиниције и битне карактеристике;

д) југословенском стандарду JUS N.N6. 504 - Радио-комуникације. Пријемне антене за телевизијске и звучне радио-дифузне емисије у фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1000 MHz. Граничне вредности за електричне и механичке карактеристике;

ђ) југословенском стандарду JUS N.C6. 019 - Радио-фреквенцијски каблови за кабловске дистрибуционе системе. Општи захтеви и испитивања;

е) југословенском стандарду JUS N.N6. 172 - Радио-комуникације. Кабловски дистрибуциони и заједнички антенски системи. Карактеристике система који раде у фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1 GHz. Граничне вредности;

б) подаци о резултатима контролних мерења нивоа напона на свим излазним прикључницима;

7) доказ о вредностима прелазног отпора уземљивача на који се повезује KDS и ZAS на основу мерења.

3. Испитивања за обавезно атестирање подлеже следеће карактеристике квалитета KDS и ZAS:

1) нивои напона носилаца телевизијских сигнала и радио-дифузних сигнала звука на крају антенског вода и на излазним прикључницима;

2) разлика нивоа напона телевизијског сигнала и радио-дифузног сигнала звука на излазним прикључницима;

3) субјективна оцена карактеристика слике и звука за:

а) поклапање луминантних и хроминантних компоненти слике;

б) разлагање;

в) неправилности у слици;

г) сметње у звуку;

4) извођење прикључака за заштитно уземљење;

5) ефикасност заштитног уземљења.

4. Карактеристике квалитета KDS и ZAS наведене у тачки 3. ове наредбе утврђене су:

1) за нивоа напона носилаца телевизијског и радио-дифузног сигнала звука на крају антенског вода и на излазним прикључницима:

а) југословенским стандардом JUS N.N6. 172 - Радио-комуникације. Кабловски дистрибуциони и заједнички антенски системи. Карактеристике система који раде у фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1 GHz. Граничне вредности;

2) за разлику нивоа напона телевизијског сигнала и радио-дифузног сигнала звука на излазним прикључницима:

а) југословенским стандардом JUS N.N6. 172 - Радио-комуникације. Кабловски дистрибуциони и заједнички антенски системи. Карактеристике система који раде у фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1 GHz. Граничне вредности;

3) за субјективну оцену карактеристика слике и звука:

а) југословенским стандардом JUS N.N6. 134 - Радио-комуникације. ТВ пријемници. Субјективна испитивања;

4) за извођење прикључака за заштитно уземљење:

а) југословенским стандардом JUS N.N6. 179 - Радио-комуникације. Кабловски дистрибуциони систем. Безбедност;

5) за ефикасност заштитног уземљења:

а) југословенским стандардом JUS N.N6. 179 - Радио-комуникације. Кабловски дистрибуциони систем. Безбедност.

5. Карактеристике квалитета KDS и ZAS из тачке 3. ове наредбе испитују се на начин утврђен овом наредбом и ниже наведеним југословенским стандардима:

1) нивои напона носилаца утврђују се непосредним читавањем на мерачу нивоа напона са монитором, а разлика нивоа напона носилаца израчунава се према југословенском стандарду JUS N.N6.172 - Радио-комуникације.

Кабловски дистрибуциони и заједнички антенски системи. Карактеристике система који раде у фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1 GHz. Граничне вредности;

2) у одсуству телевизијског сигнала и радио-дифузног сигнала звука, нивои напона носилаца испитног сигнала на излазним прикључницима мере се помоћу генератора испитног сигнала прикљученог на улаз појачавача. Нивои напона носилаца испитног сигнала морају бити једнаки нивоима напона носилаца телевизијског сигнала и радио-дифузног сигнала звука на крају антенског вода;

3) субјективне оцене карактеристика слике и звука врши се на референтном ТВ-пријемнику у боји на начин утврђен у југословенском стандарду JUS N.N6.134. Радио-комуникације. ТВ-пријемник. Субјективна испитивања;

4) извођење прикључака за заштитно уземљење утврђује се визуелним прегледом и провером свих прикључака за заштитно уземљење (ручном пробом и прегледом) према следећим југословенским стандардима:

а) југословенском стандарду JUS N.N6. 179 - Радио-комуникације. Кабловски дистрибуциони системи. Безбедност;

б) југословенском стандарду JUS N.N0. 201 - Безбедност електронских апарата за домаћинство и сличну употребу прикључених на мрежу за напајање. Технички услови и начин проверавања;

в) југословенском стандарду JUS N.N0. 202 - Безбедност електронских апарата за домаћинство и сличну употребу прикључених на мрежу за напајање. Апарати заштитени од прскања водом. Допунски технички услови и начин проверавања;

5) ефикасност заштитног уземљења утврђује се упоређењем вредности прелазног отпора из пројекта са вредношћу добијеном мерењем.

6. Узорак за испитивање ради обавезно атестирања је сваки појединачни KDS и ZAS на месту уградње.

7. Извештај о испитивању KDS и ZAS садржи:

1) фирму, односно назив и седиште организације удруженог рада овлашћене за атестирање;

2) фирму, односно назив и седиште подносиоца захтева;

3) број и датум извештаја о испитивању;

4) податке о локацији KDS и ZAS;

5) датум испитивања KDS и ZAS;

6) податке о саобразности компоненти KDS и ZAS одредбама југословенских стандарда на основу документације произвођача компоненти;

7) преглед техничке документације за KDS и ZAS који је доставио подносилац захтева;

8) југословенске стандарде по којима је извршено испитивање;

9) податке о врстама испитивања, утврђеним и измереним вредностима и утврђеним и извршеним проверавањима, сходно одредбама ове наредбе;

10) оцену резултата испитивања по врстама испитивања и за испитивање у целини, која се даје констатацијом „задовољава“ или „не задовољава“;

11) напомене;

12) потпис овлашћеног радника и печат организације удруженог рада овлашћене за атестирање.

8. Организација удруженог рада овлашћена за атестирање издаје атест за сваки KDS и ZAS за који се испитивањем утврди да испуњава прописане услове. Саставни део атеста је извештај о испитивању. По један примерак атеста и извештаја о испитивању доставља се подносиоцу захтева за атестирање и Савезном заводу за стандардизацију, а трећи примерак држава организација удруженог рада која је издала атест.

Атест за сваки појединачни KDS и ZAS важи неограничено, под условом да се свака измена конструкције и материјала мора пријавити организацији овлашћеној за атестирање.

9. За атестни знак, поред утврђивања карактеристика прописаних одредбама Наредбе о изгледу и употреби атестног знака („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81), посебно се утврђује следеће:

1) атестни знак мора да се налази на ормару са појачавачима и претварачима (односно на главној станици), који су заједнички за један или више објеката;

2) означавање атестним знаком или његово поништавање врши организација удруженог рада овлашћена за атестирање;

3) величина В из тачке 4. Наредбе о изгледу и употреби атестног знака 50 шп;

4) ознака уз атестни знак је број атеста који садржи; с лева у десно: словну ознаку „НН“ у два поља и шифру овлашћене организације удруженог рада, у два поља. Ознака се ослања на спољну страну атестног знака. Дужина ознаке је једнака дужини спољне стране атестног знака, а висина ознаке је једнака 1/5 дужини ознаке.

10. За атестирање KDS и ZAS може се овластити организација удруженог рада која, у погледу опремљености и стручних квалификација радника, мора да испуњава следеће услове:

1) да располаже следећом опремом, и то:

а) мерачем нивоа напона носивога, са монитором за фреквенцијске опсеге према југословенском стандарду JUS N.N6. 171 – Радио-комуникације. Кабловски дистрибуциони и заједнички антени системи. Фреквенцијски опсези и канали;

б) генератором испитног сигнала који даје комплетан ТВ сигнал за фреквенцијски опсег према југословенском стандарду JUS N.N6. 171 – Радио-комуникације. Кабловски дистрибуциони и заједнички антени системи. Фреквенцијски опсези и канали, а за карактеристике ТВ сигнала према југословенском стандарду JUS N.N6. 011 – Радио-комуникације. Карактеристике ТВ система;

в) референтним ТВ пријемником у боји, преносним, са карактеристикама према југословенском стандарду JUS N.N6.142 – Радио-комуникације. ТВ пријемници. Минималне вредности електричних карактеристика;

2) да за послове атестирања има:

а) ако је у питању радник који руководи испитивањем KDS и ZAS – дипломираног инжењера електротехнике, са положеним стручним испитом и најмање пет година радног искуства, од којих најмање две године искуства на пословима мерења телевизијских и радио-сигнала;

б) ако су у питању стручни радници – два радника средње стручне спреме електротехничке струке, са најмање три године радног искуства и најмање једном годишном искуства на пословима мерења и испитивања у области телекомуникација или електронике.

11. Организација удруженог рада овлашћена за атестирање дужна је да, у року од 15 дана од дана назначеног у захтеву за атестирање, приступи испитивању KDS и ZAS на месту уградње и да у року од 10 дана од дана утврђеног за атестирање изда атест ако се испитивањем утврди да карактеристике квалитета KDS и ZAS одговарају условима прописаним овом наредбом.

12. Ова наредба ступа на снагу по истеку једне године од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 07-4453/1
6. новембра 1986. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Букашин Драгојевић, с. р.

511.

На основу члана 298. став 7. Закона о општем управном поступку („Службени лист СФРЈ“, бр. 47/86 – Пречишћени текст), савезни секретар за правосудје и организацију савезне управе прописује

УПУТСТВО

О НАЧИНУ ИСКАЗИВАЊА И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОДРЕЂЕНИМ ПОДАЦИМА ИЗ ПОСТУПКА РЕШАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УПРАВНИХ СТВАРИ

1. Органи управе, извршни органи и други државни органи, самоуправне организације и заједнице, који у

вршењу јавних овлашћења решавају у појединачним управним стварима, дужни су да у евиденцијама о предметима управног поступка исказују и податке од интереса за целу земљу који се односе на:

- 1) рад првостепеног органа у редовном поступку;
- 2) рад другостепеног органа у редовном поступку;
- 3) рад првостепеног органа поводом употребе ванредних правних лекова;
- 4) рад другостепеног органа поводом употребе ванредних правних лекова.

2. Под подацима од интереса за целу земљу, у смислу овог упутства, сматрају се подаци садржани у обрасцима бр. 1 до 4, који су одштампани уз ово упутство и чине његов саставни део.

3. Исказивање података врши се на основу прописаних евиденција о предметима управног поступка по следећим управним областима:

- 1) народна одбрана;
- 2) инострани послови;
- 3) унутрашњи послови;
- 4) финансије (буџет, порези, доприноси);
- 5) промет робе и услуга;
- 6) индустрија, енергетика и рударство;
- 7) пољопривреда, водопривреда, шумарство, сточарство, лов и риболов;
- 8) саобраћај и везе;
- 9) занатство, угоститељство и туризам;
- 10) имовинско-правни послови;
- 11) геодетски и катастарски послови;
- 12) урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбени послови;
- 13) рад и запошљавање;
- 14) здравље и социјална заштита;
- 15) борачко-инвалидска заштита;
- 16) наука, образовање и култура;
- 17) остале управне области.

4. Савезни органи управе, савезне организације и други савезни органи, као и самоуправне организације и заједнице, којима је савезним законом поверено јавно овлашћење да решавају у појединачним управним стварима, годишње извештаје о подацима из рада на решавању управних предмета за текућу годину достављају Савезном секретаријату за правосудје и организацију савезне управе најдоцније до 31. јануара народне године.

5. Сводне извештаје за територију републике, односно аутономне покрајине, републички, односно покрајински орган управе надлежан за послове управе доставља, за сваку текућу годину, Савезном секретаријату за правосудје и организацију савезне управе најдоцније до 15. марта народне године.

6. Ако подаци из извештајног периода одступају од података из претходног периода, орган који подноси извештај о бројчаним подацима доставиће и писмено образложење о разлозима због којих је дошло до одступања.

7. О извршењу овог упутства стараће се Савезни секретаријат за правосудје и организацију савезне управе и републички, односно покрајински орган управе надлежан за послове управе.

8. Одредбе овог упутства не односе се на Савезни секретаријат за народну одбрану, војне јединице и војне установе.

9. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“, а примењиваће се од 1. јануара 1988. године.

04/4 Бр. 1160/1-86
14. априла 1987. године
Београд

Савезни секретар за
правосудје и организацију
савезне управе,
др Петар Вајовић, с. р.